ZOLL AED 3™ Automatisch

Rettungskurzanleitung

1 AED einschalten

2 „Bewusstsein prüfen“

3 „Notruf veranlassen“

4 „Bei Kind Kindertaste drücken“

5 „Defi-elektroden auf entblößte Patientenbrust kleben“

6 „Patient nicht berühren. Analyse läuft.“

7 Wenn Schock empfohlen angezeigt wird, beginnt der Countdown, gefolgt von „Schock abgegeben“.

8 Wenn kein Schock empfohlen wird oder nach Schockabgabe „Mit der Wiederbelebung beginnen“

Während der Herzdruckmassage bietet der ZOLL AED 3 Automatisch die Funktion Real CPR Help®, die die Qualität der Herzdruckmassage prüft.

Weitere Informationen zum ZOLL AED 3 Automatisch, erhalten Sie auf zoll.com/aed3.

ZOLL®

9659-000122-09 Rev C